


別紙

(別添「じん肺健康診断等のためのDR(FPD)撮像表示条件」に追加)

	パラメータ	撮像表示条件
ティーアンドエス	S(シャープネス)	-1~0
	C(コントラスト)	0
	B(ブライトネス)	-1~0



表示場所： 可変

表示例：

例えば右下に「S O C O B O」などと表示される。

(別紙「DR(FPD9撮像表示条件確認表)に追加」)

ティーアンドエス	S(シャープネス)	-1~0	
	C(コントラスト)	0	
	B(ブライトネス)	-1~0	